

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang teknik pemeriksaan *ankle joint* pada kasus *fraktur* di Instalasi Radiologi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 6.1.1 Teknik pemeriksaan *ankle joint* pada kasus *fraktur* di Instalasi Radiologi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa hanya menggunakan proyeksi AP dan *lateral*.
- 6.1.2 Teknik pemeriksaan *ankle joint* pada kasus *fraktur* di Instalasi Radiologi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menggunakan proyeksi AP dan *lateral* karena penggunaan proyeksi AP dan *lateral* dinilai sudah mampu memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menegakkan diagnosis *fraktur*. Penggunaan proyeksi AP dan *lateral* sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan *ankle joint* dan juga mampu menampakkan arah dan displesmen pada tulang.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan tentang teknik pemeriksaan *ankle joint* pada kasus *fraktur* di Instalasi Radiologi RSUD dr. Gunawan mangunkusumo Ambarawa maka penulis mengambil saran sebaiknya pihak Instalasi Radiologi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa mempertimbangkan untuk menambahkan proyeksi AP *mortise view* pada pemeriksaan radiografi *ankle joint*, khususnya pada kasus *fraktur*. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang lebih jelas.

